



ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
(ЦНДЛ ТА ЛАБОРАТОРІЯ ПРОМИСЛОВОЇ
ТОКСИКОЛОГІЇ) ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

79010, Україна, м. Львів, вул. Пекарська 52
(0322) 60 09 06, expertiza39@gmail.com

201369
ДСТУ ISO/IEC 17025

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідуюча лабораторією
ст.н.сп./к.б.н. Зазуляк Т.С.
«09» лютого 2021 р.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Лабораторія промислової токсикології
СЗ «УкрТест»

Протокол випробувань № 26-01-21/2 від 09.02.2021 р.

- Об'єкти випробувань: фарба силіконова фасадна «XF»
Ресстраційний номер зразка - № 26-01-21/2
- Сфера застосування: будівництво
- Замовник: ТЗОВ «Армікс» (Львівська обл., Яворівський р-н, смт Шкло, вул. Сагайдачного, 31)
- Країна знаходження виробника: Україна
- Дата одержання зразків для випробувань: 27.01.2021 р.
- Термін проведення випробувань: з 27.01.2021 р. по 09.02.2021 р.
- Супровідні документи: заява № 27-01-21 від 27.01.2021 р., акт відбору
- Засоби вимірювальної техніки при проведенні випробувань:
Ваги лабораторні електронні OHAUS NVT 1000 1/2, зав. № 833911617. Свідоцтво про калібрування № КЛМ 987 від 21.12.2020 р.
спектрометр енергій гама-випромінювань СЕГ-001 «АКП-С». Свідоцтво про калібрування UA 01 № 3479 від 05.06.2020 р.
- Випробування проведені згідно з нормативними документами: відповідно до МВИ № 07-119:2011 «Методика виконання измерений с использованием сцинтиляционных спектрометров энергий гамма-излучения с программным обеспечением AkWin»

Назва показників	Норма згідно з НД, Бк/кг, не більше	Виміряна величина, Бк/кг	Невизначеність вимірювання U(%), p=0,95	Відмітка про відповідність
Краній - I	2	3	4	5
Калій - 40	-	< 29,50	-	-
Радій - 226	-	< 8,14	-	-
Торій - 232	-	< 9,32	-	-
A _{сф}	370.0	-	-	відповідає

Термін дії протоколу: **1 рік**

Висновок: За визначеними показниками досліджений зразок відноситься до I класу (A_{сф} < 370 БК/кг) згідно вимог НРБУ-97/д-2000 «Норми радіаційної безпеки України» і може застосовуватися у всіх видах господарювання без обмежень

Відповідальний виконавець н.с.

 Перейма І.В.

«09» лютого 2021 р.

ВЛ ЛНМУ	ФОРМА Ф.Л.7.8.01 (версія 01) Протокол випробувань № 25-01-21/2 від 09.02.2021 р.	Дата введення: 01.03.19 р. сторінка 1/1
---------	---	--